

質 問 ・ 回 答 書

令和8年4月21日

守口市門真市消防組合消防本部 総務課 管財係

物件名 自動体外式除細動器貸借

	質 問 事 項	回 答
1	仕様書 5(7) 「情報機器等(ノートパソコン)に取り込み」とありますが、Windows10(64bit、32bit)対応のパソコンとなりますでしょうか。尚、タブレットでは動作確認ができておりませんので、タブレットへの出力は対象外とさせていただいてよろしいでしょうか。	Windows10・PRO・Windows11(64bit)対応可能であれば問題ないもの
2	仕様書 5(9) 「心電図波形を目視で確認できる液晶画面」とありますが、AED本体の音声ガイドと液晶画面の操作説明が連動していなければ、AEDを使用する際に混乱する恐れがあるため、AED本体の音声ガイドと液晶画面によるイラストと文字による操作説明が連動していることが必須との認識でよろしいでしょうか。	連動していることが望ましい。しかし、液晶画面の仕様書への記載理由が液晶画面操作手順でなく、医療従事者がパッド装着後に心電図波形を目視で確認可能であることが主であるため、音声ガイドと液晶画面の連動は必須としないもの
3	仕様書 5(11) 「心肺蘇生の手順」とありますが、AEDの使用方法和心肺蘇生法をイラストで確認できる液晶画面があり、胸骨圧迫・人工呼吸の手順はAEDに付帯する簡易取扱説明書に図示され、AEDからは電源ONから胸骨圧迫のリズム音が流れ、心肺蘇生を開始する時には「直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください」、30秒ごとに「胸骨圧迫と人工呼吸を続けてください」、さらに、心肺蘇生を始めてから約2分間が経過し心肺蘇生を一時中断して心電図を解析する時には、「残り5回です。体から離れてください。」と音声ガイドが流れればよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
4	仕様書 6(1) 「常にAEDが使用できる状態を維持」とありますが、定期消耗品の期限前交換や、使用時の消耗品補充、万一の際の代替機準備、加えてお客様からのご相談や、お問い合わせに対応ができるコールセンター(24時間365日)があり、機器の異常が発生した場合は、弊社コールセンターに連絡いただくことで、状況を確認の上、機器交換等を行い、必要に応じて弊社担当者が対応し、原状復帰する認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
5	仕様書 6(2) 消耗品の交換において、消耗品の定期交換は、使用期限を迎える前に、二次元コード読取で交換要領が分かる案内文書と新しい消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。 AED使用時には、弊社コールセンターへご連絡頂き、二次元コード読取で交換要領が分かる案内文書と補充消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。